



GMINA SEJNY

ul. Jerzego Grodzińskiego 1

16-500 Sejny

IZP.042.6.2020

Sejny, dnia 29.04.2021 r.

Zamawiający:
GMINA SEJNY
ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16-500 SEJNY

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 2 O WYJAŚNIENIE TREŚCI ROZEZNANIA RYNKU

Dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł. Zamówienie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. – punkt 6.5.1.

Zamawiający informuje, że wpłynął do Zamawiającego następujący wniosek o wyjaśnienie treści rozeznania :

Zwracam się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienie specyfikacji poniższych punktów zapytania ofertowego:

Załącznik nr 2A:

1. pozycja 41, Mikroskopy szkolne 2 x; proszę o sprecyzowanie ilości (mają być 2 zestawy po 2 szt., czy tylko 2 szt.)

41.	Mikroskopy szkolne 2 x	szt.	2	SP Krasnowo	Dane techniczne: głowica monokularowa pochylona pod kątem 45o, obracana 360o, obiektyw WF 10x, obiektyw: achromatyczny 4x, 10x, 40x, powiększenia: 40x, 100x, 400x, koło filtrów: 6 kolorowych filtrów, regulacja ostrości: współosiowa śruba nakrę i mikrometryczna, oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności, stolik z pokrętkami przesuwu w płaszczyźnie poziomej: 90 x 90 mm, z mocowaniem preparatów, wymiary pudła: 190 x 170 x 360 mm. Wyposażenie: gotowe preparaty (5 szt.), szkiełka przedmiotowe (5 szt.), szkiełka nałaykowe (10 szt.), plastikowe pudełko na preparaty, plastikowy okładz pojemnik z praktyczną pipetą, pipeta, próbówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, specjalny papier
-----	------------------------	------	---	-------------	---

2. pozycja 41, pipety x 4; proszę o sprecyzowanie ilości (mają być 4 zestawy po 4 szt., czy tylko 4 szt.)

54.	Pipety x 4	szt.	4	SP Krasnowo	Pipeta o pojemności 25 ml, długość 35 cm, wykonana z wysokiej jakości polistyrenu.
-----	------------	------	---	-------------	--

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1. Powinno być: 2 sztuki mikroskopów,

Ad. 2 Powinno być: 4 zestawy pipet po minimum 10 sztuk pipet.

Termin składania ofert:

Było: do dnia 30.04.2021 r. do godziny 10:00

Po zmianie jest: do dnia 07.05.2021 r. do godziny 10:00